



Hôpital _____

Nom, prénom _____ No. ID _____
 Adresse _____ Date naissance _____ Sexe M F
 Tél. _____ Pays _____

Indication au DAI 1. Cardiopathie _____ 2. Indication clinique _____

Anamnèse et examen avant primo-implantation

<input type="checkbox"/> syncope	<input type="checkbox"/> infarctus	<input type="checkbox"/> pacemaker	<input type="checkbox"/> artériopathie périph.
<input type="checkbox"/> réanimation	<input type="checkbox"/> angioplastie	<input type="checkbox"/> transplantation cardiaque	<input type="checkbox"/> diabète
<input type="checkbox"/> insuf. card.	<input type="checkbox"/> CABG	<input type="checkbox"/> HTA	<input type="checkbox"/> BPCO
<input type="checkbox"/> vice valvulaire non opéré	<input type="checkbox"/> opération valvulaire	<input type="checkbox"/> insuf. rénale	<input type="checkbox"/> anam. familiale de mort subite
		<input type="checkbox"/> maladie cérébro-vasc	<input type="checkbox"/> autre, non spécifié

3. Arythmie clinique documentée FV _____ TV monomorphe soutenue _____
 TV non sout. _____ TV polymorphe soutenue _____

Autres troubles du rythme

<input type="checkbox"/> Maladie du sinus	<input type="checkbox"/> FA/flutter	<input type="checkbox"/> autre TSV
	<input type="checkbox"/> troubles cond. AV	<input type="checkbox"/> autre arythmie

4. EEP avant primo-implant _____ **Données actuelles** Classe NYHA _____ FE VG _____ %
 Largeur QRS _____ ms Spontané Stimulé (rythme propre insuffisant)

Opération Date _____ Opérateur 1 _____ 2 _____ Exposition RX _____ cGxcm²

Durée opératoire _____ min. Temps scopie _____ min. Anesthésie locale sédation profonde générale

Intervention Primo-implantation Réintervention DAI Réintervention sur l'électrode

Dans quel hôpital a eu lieu la dernière intervention? _____

explanté ou révisé	5. Réintervention DAI	6. Indication à la réintervention sur le DAI
	Réintervention _____	Indication _____
	Fabricant _____ Modèle _____	No. série _____
	Mode de stimulation max. _____	Date d'impl. (DAI explanté) _____
	7. Réintervention sur l'électrode	8. Indication à la réintervention sur l'électrode
	Réint. Electr. VD _____	Indication _____
	Fabr. _____ Mod. _____	No. _____ Date d'impl. _____
	Réint. Electr. autric. _____	Indication _____
Fabr. _____ Mod. _____	No. _____ Date d'impl. _____	
Réint. Electr. VG _____	Indication _____	
Fabr. _____ Mod. _____	No. _____ Date d'impl. _____	
Réint. Autre Electr. _____	Indication _____	
Fabr. _____ Mod. _____	No. _____ Date d'impl. _____	

nouveau ou révisé	DAI Date d'implant. _____ Date de primo-implant. _____ 9. Mode de stimulation max. _____
	Fabr. _____ Mod. _____ No. _____ 10. Position _____
	Electrode active
	Date d'implantation _____
	Fabricant _____
	Modèle _____
	No. série _____
	11. Position _____
	12. Polarité (p/s) _____
	13. Fonction _____
	14. Accès _____
	15. Connecteur _____
	Fixation <input type="radio"/> active <input type="radio"/> passive
	<input type="radio"/> active <input type="radio"/> passive
	<input type="radio"/> active <input type="radio"/> passive

Mesures	Electrode VD	Electrode auric.	Electrode VG	Autre électrode
Seuil	_____ V à _____ ms	_____ V à _____ ms	_____ V à _____ ms	_____ V à _____ ms
Détection (mV)	_____	_____	_____	_____
Impédance de stim.(Ω)	_____	_____	_____	_____

Impédance-HV Endovasc. distal _____ Ω Endovasc. proximal _____ Ω Autre _____ Ω

FV induite oui non Energie minimale efficace _____ Joules

Particularités (apparaissent sur le passeport DAI) _____

Liste des codes

Indications au DAI			
1. Cardiopathie		2. Indication clinique	
01 = Maladie coronarienne	10 = TV polymorphe catécholergique	01 = Prophylaxie primaire	
02 = Cardiomyopathie dilatée	11 = Syndrome du QT court	02 = Prophylaxie secondaire	
03 = Cardiomyopathie hypertrophique	12 = Repolarisation précoce		
04 = Syndrome du QT long	13 = Cardiopathie valvulaire		
05 = Dysplasie arythmogène du VD	14 = TV idiopathique		
06 = Cardiopathie congénitale	15 = Amyloïdose		
07 = Non compaction	16 = Sarcoïdose		
08 = FV idiopathique	17 = Cardiopathie hypertensive		
09 = Syndrome de Brugada	18 = Post-TAVI		
	98 = Non décelée		
	99 = Non définie		
Anamnèse			
3. Arythmie clinique documentée		4. EEP avant primo-implantation	
01 = aucune	01 = non effectuée		
02 = spontanée	02 = pas de TV inductible		
03 = induite à l'EEP	03 = TV non soutenue inductible		
04 = spontanée et induite à l'EEP	04 = TV polymorphe soutenue/FV inductible		
	05 = TV monomorphe soutenue inductible		
Intervention			
5. Réintervention DAI		6. Indication à la réintervention sur le DA	
01 = Changement de DAI	01 = Epuisement de la batterie (EOL)	09 = Changement de système (insuffisance cardiaque)	
02 = Upgrade en DDD	02 = Epuisement prématuré de la batterie	10 = Changement de système (autre indication)	
03 = Upgrade en système CRT	03 = Dysfonction du DAI	11 = Sur demande du patient	
04 = Downgrade	04 = Rappel du fabricant	12 = Nouvelle implantation après explantation du DAI	
05 = Explantation du DAI	05 = Hématome	13 = PM upgrade à ICD (aggravation fonction de pompe)	
06 = Révision de la loge	06 = Infection/Perforation/Ulcération	14 = PM upgrade à ICD (arythmies)	
07 = PM upgrade à ICD	07 = Problème de loge	15 = PM upgrade à ICD (autres indications)	
99 = Non codifiée	08 = Changement de système (syndrome du PM)	99 = Non codifiée	
7. Réintervention sur l'électrode		8. Indication à la réintervention sur l'électrode	
01 = Explantation	01 = Dislocation	10 = Palpitations/Syndrome du PM	
02 = Explantation et réimplantation nouvelle électrode	02 = Problème de stimulation	11 = Problème de connecteur	
03 = Réimplant. nouvelle électrode sans explantation	03 = Problème de recueil	12 = Syndrome de Twiddler	
04 = Implantation d'une électrode supplémentaire	04 = Problème de seuil de défibrillation	13 = Stimulation phrénique/musculaire	
05 = Révision	05 = Défaut d'isolation	14 = Rappel du fabricant	
06 = Electrode désactivée et laissée en place	06 = Fracture du conducteur	15 = Explantation du DAI	
99 = Non codifiée	07 = Perforation	16 = Nouvelle implant. après explant. du DAI et de l'électr.	
	08 = Infection/Ulcération	99 = Non codifiée	
	09 = Insuffisance cardiaque		
DAI			
9. Mode de stimulation maximal		10. Position du DAI	
01 = Monocaméral	01 = Pectorale sous-cutanée gauche	06 = Intra-thoracique	
02 = Bicaméral	02 = Pectorale sous-musculaire gauche	07 = Abdominale	
03 = CRT	03 = Pectorale sous-cutanée droite	08 = Rétromammaire	
05 = S-ICD (Défibrillateur sous-cutanée)	04 = Pectorale sous-musculaire droite	99 = Non codifiée	
	05 = Axillaire sous-cutanée gauche		
Electrode			
11. Position		12. Polarité (pace/sense)	
01 = OD	01 = vraie bipolaire		
02 = VD	02 = bipolaire intégrée		
03 = SC	03 = unipolaire		
04 = Endovasculaire	04 = quadripolaire (VDD)		
05 = Sous-cutanée	05 = quadripolaire		
06 = Epicardique auriculaire droite	06 = vraie multipolaire		
07 = Epicardique ventriculaire droite	07 = bipolaire, seule sense		
08 = Epicardique auriculaire gauche	98 = inapplicable		
09 = Epicardique ventriculaire gauche	99 = Non codifiée		
10 = Pleurale			
11 = His			
12 = LBBAP			
99 = Non codifiée			
		13. Fonction	
		01 = Pace/sense	
		02 = Pace/sense/défib. VD	
		03 = Pace/sense/défib. VD+VCS	
		04 = Pace/sense/défib.	
		05 = Défib. VD	
		06 = Défib. VD+VCS	
		07 = Défib.	
		08 = Sense/Défib. sous-cutanée	
		14. Accès	
		01 = V. céphalique gauche	
		02 = V. sous-clavière gauche	
		03 = V. céphalique droite	
		04 = V. sous-clavière droite	
		05 = Thoracotomie	
		06 = Thoracoscopie	
		07 = Sous-cutanée	
		08 = V. axillaire gauche	
		09 = V. axillaire droite	
		99 = Non codifié	
		15. Connecteur	
		01 = 1x IS-1	05 = 1x IS-1 + 1x DF-1
		02 = 1x IS-4	06 = 1x IS-1 + 2x DF-1
		03 = 1x DF-1	07 = 2x IS-1 + 1x DF-1
		04 = 1x DF-4	08 = Spéciale sous-cutanée (Sense+HV)
			99 = Non codifié